

Modul B EU typ – zkušební certifikát

Na základě požadavků PPE regulací 2016/425

Certifikát č. CE-PC-201016-677-01-9A

Držitel certifikátu: Anhui Shenyong Sanitary Materials Co.,sro. Qinciao Town Industrial Park, město Toncheng ,město Anqing, Anhui provincie, P. R. Čína

Produkt: Filtrační polomaska na ochranu proti částicím; podrobný popis produktu je zapsán v Annex

Model: SY-9600, SY-9600V

Standardy: EN 149:2001+A1:2009; ochranná pomůcka dýchacích cest – filtrační polomaska na ochranu proti částicím – požadavky, testování, označení

Datum vydání: 24. 12. 2020

Datum revize: 24. 12. 2020

Platnost do: 20. 7. 2020

Produkt/y na tomto certifikátu a **technický záznam** byly stanoveny a shledány v souladu s příslušnými zdravotními a bezpečnostními požadavky ANNEX II. PPE regulací 2016/425.

Jakékoliv změny designu, výrobní lokality nebo výrobce certifikovaného PPE produktu musí být znovu předloženy k posouzení CCQS organizací.

Označení CE nesmí být užito, pokud nejsou veškeré požadavky PPE regulací 2016/425 a relevantních EN Harmonizovaných standardů a/nebo technických požadavků naplněny.

Jestliže certifikovaný produkt spadá do kategorie 3, tak tento certifikát je pouze platný tehdy, je-li **užíván v kombinaci s konformním posudkem C2 nebo D.**

Tento certifikát je majetkem CCQS a může být kdykoliv odebrán, především pokud produkt nebude nově shledán v souladu s požadavky PPE regulací 2016/425.

Modul B EU typ – zkušební certifikát

Na základě požadavků PPE regulací 2016/425

Certifikát č. CE-PC-201016-677-01-9A

Aplikované standardy a upřesnění:

EN 149:2001+A1:2009 Prostředek na ochranu dýchaní- Filtrační polomaska na ochranu proti částicím
– Požadavky, testování, značení

Odkaz na model

SY-9600

Popis produktu

Skládací filtrační polomaska s gumičkami za uši a vnitřním
kovovým úchytem nosu

Barva těla masky: Bílá

Klasifikace (třída): FFP2 NR

Protokol testu č.: WLH0789-2020-1, WLH0845-2020

SY-9600V

Skládací filtrační polomaska s gumičkami za uši, vdechovým
filtrem a vnitřním kovovým úchytem nosu

Barva těla masky: Bílá

Klasifikace (třída): FFP2 NR

Protokol testu č.: WLH0788-2020-1, WLH0844-2020

Revize certifikátu

A

Čas revize

24.12.2020

Detaily revize

Počáteční vydání